

ANESTESIA

ANAESTHESIA



ANE020



ALLESTIMENTO SISTEMA ANESTESIA CON SEVOFLURANO

In acciaio inox Aisi 304 verniciato in epossidico.
Dimensioni: L60xP50xH134 cm.
Composto da: scatola flussometrica 2 gas, By Pass con attacco a baionetta, pallone 2 lt, vaporizzatore nuovo, tubo evacuazione gas e tubo paziente con pallone, circuito rotatorio aperto e chiuso e barra selectated.
Accessori esclusi



SYSTEM DESIGN ANAESTHESIA WITH ISOFLURANE

In Aisi 304 stainless steel, epoxy painted.
Dimensions: L60xP50xH134 cm.
Composed of: 2 gas flow meter box, By Pass with bayonet connection, 2 lt flask, new vaporizer, gas evacuation tube and patient tube with ball, open and closed rotary circuit and selectated bar.
Accessori esclusi

La sottoscritta Lory Progetti Veterinari srl, con sede in Via B.Buozzi 3/A - Cavriago, REGGIO EMILIA DICHIARA che l'apparecchiatura di cui seguono le caratteristiche: Denominazione: ANE020
QUESTO ARTICOLO NON NECESSITA DI LIBRETTO ISTRUZIONI
L'apparecchio è costruito con materiali corrispondenti alle normative Europee per l'uso medico in campo veterinario. Lo strumento non contiene nessuna parte elettrica e ha un funzionamento manuale.
E' conforme alle seguenti direttive: 2001/95/CE (sicurezza generale dei prodotti) 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica).

The undersigned Lory Progetti Veterinarians srl, established in Via B. Buozzi 3/A, Cavriago - REGGIO EMILIA DECLARE that the equipment of which follows the characteristics: Denomination: ANE020
THIS ARTICLE DOES NOT REQUIRE INSTRUCTIONS BOOKLET
The appliance is built with materials corresponding to the European regulations for medical use in the veterinary field. The instrument does not contain any electrical parts and has a manual operation.
Complies with the following directives: 2001/95/CE (general product safety) 2004/108/EC (Electromagnetic compatibility)

CERTIFICAZIONE CERTIFICATION CEE

